



ПРОТОКОЛ

НА КОМИСИЯТА ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за избор на изпълнител на обществена поръчка за

**"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВ,
НЕРЕЦИКЛИРАН ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА «СБОБАЛ-ВАРНА» ЕООД**

Заседание № 1

Днес, 30.06.2015 год., в изпълнение на Решение № 05/01.06.2015 г. и Заповед № 20/30.06.2015 год. на и.д. управител на „СБОБАЛ – Варна” ЕООД, Комисията по откритата процедура, в състав:

Председател:

1.д-р Олга Томова-Куцарова д.п. - юрист

Членове:

2.д-р Руслан Тошев д.м. – външен експерт

3.проф. д-р Христина Групчева д.м.н. - офталмолог

4.д-р Йордан Йорданов - офталмолог

5.Светла Бодурова - счетоводител

се събра в 11³⁰ часа в сградата на „СБОБАЛ – Варна” ЕООД за провеждане на първо заседание по откритата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка.

На заседанието присъстват всички членове на комисията.Съгласно изискванията на чл.34 от ЗОП кворумът и квалификацията на комисията по процедурата са налице. Попълнени и подписани са декларациите, изисквани по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

На заседанието присъстват следните представители на участниците:

Инж.Михаела Караманолова – „Софарма Трейдинг” АД, на която на основание чл.68 , ал.5 от ЗОП се предлага да подпише документите в Плик №2 на останалите участници.

І.В срока определен за представяне на предложенията за участие в процедурата са постъпили следните предложения:

1.„Медицинска Техника Инженеринг” ООД, вх.№1 /29.06.2015 г.

2. „Софарма Трейдинг” АД, вх.№2 /29.06.2015 г.

Комисията установи следната комплектност и редовност на внесените офертни документи и спазване условията по откритата процедура: /Приложение 1/

1. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД - представени са всички изискуеми документи по чл.56 от ЗОП и Условията по откритата процедура.

2. „Софарма Трейдинг” АД - представени са всички изискуеми документи по чл.56 от ЗОП и Условията по откритата процедура.

II. След отварянето на плик № 2 и разглеждането на съдържанието му по същество, беше установено следното: /Приложение №2/

1. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД - Плик № 2 съдържа валидно техническо предложение. Всички предложени технически параметри отговарят на изискванията на Възложителя.

2. „Софарма Трейдинг” АД - Плик № 2 съдържа валидно техническо предложение. Всички предложени технически параметри отговарят на изискванията на Възложителя.

Въз основа на проверената комплектност на документацията за участие в откритата процедура за всеки един от участниците поотделно Комисията

РЕШИ:

III. Допуска до отваряне на ценовите предложения следните участници:

1. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

2. „Софарма Трейдинг” АД

Комисията насрочва следващо заседание за **20.07.2015г. от 14:00 часа** в заседателната зала на „СБОБАЛ – Варна” ЕООД за **отваряне на ценовите предложения** на допуснатите участници.

Председател:

1. д-р Олга Томова-Купарова д.п. – юрист

Членове:

2. д-р Руслан Тошев д.м. – външен експерт

3. проф. д-р Христина Груичева д.м.н. – офталмолог

4. д-р Йордан Йорданов – офталмолог

5. Светла Бодурова – счетоводител

Дата на съставяне: 13.07.2015 г.

**СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В
ОФЕРТАТА**

№	Участник	„Медицинска Техника Инженеринг” ООД	„Софарма Трейдинг” АД
	<u>ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”</u>		
1	Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника /Приложение №2/	да	да
2	Административни сведения за участника, изготвени по образца (Приложение № 3)	да	да
3	Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП(Приложение № 4).	да	да
4	Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП (Приложение № 5).	да	да
5	Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (Приложение № 6).	да	да
6	Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Приложение № 7).	да	да
7	Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (Приложение № 8).	да	да
8	Копие на договора за обединение, ако участникът е обединение	неприложимо	неприложимо
9	Документ за внесена гаранция за участие.	да	да
10	Списък на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 9).	да	да
11	Документ в оригинал или нотариално заверено копие от производителя , или от негов официален представител за България, удостоверяващ правото му за продажба и гаранционно поддържане на територията на Република България. Това може да бъде договор, оторизационно писмо или друг документ.	да	да
12	Заверено копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ на името на участника;	да	да
13	Заверено копие на Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител или ЕС	да	да

	сертификат за съответствие с Директива 93/42/ЕИО, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ;		
14	Заверено копие на валиден сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен на производителя на медицинската апаратура.	да	да
15	Заверено копие на валиден сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен на участника за търговия и поддръжка на предлаганата апаратура.	да	да
16	Списък на сервизните бази за осигуряване на гаранционната поддръжка на медицинската апаратура (Приложение № 10).	да	да
17	Списък на техническите лица, отговарящи за поддръжката и гаранционното обслужване на медицинската апаратура (Приложение № 11).	да	да
18	Удостоверение от община Варна за липса на задължения по ЗМДТ.	да	да
19	Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (<i>оригинал</i>)	да	да
	<u>ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”</u>		
1	„Предложение за изпълнение на поръчката”, (Приложения № 12) заедно с приложени проспектни и/или каталожни материали, удостоверяващи съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на възложителя	да	да
	<u>ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”</u>		
1	„Предлагана цена”, (Приложения № 13)	да	да

№	Раздел I. Изисквания, които не се включват в методиката за оценка	„Медицинска Техника Инженеринг” ООД	„Софарма Трейдинг” АД
1.	Вграден асистентски микроскоп, коаксиален на основния с възможност за промяна позицията си спрямо последния;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
2.	Възможност за наблюдение на операцията на монитор ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
3.	Безконтактна система произведена от производителя на микроскопа за индиректна стереомикроскопия на очното дъно. Системата трябва да съдържа поне две лещи с пречупвателна сила : едната от 40 до 90 диоптъра, а другата от 110 до 135 диоптъра;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
4.	Обектив с фокусно разстояние – 200 мм ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
5.	Апохроматична оптика на микроскопа на оператора ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
6.	Моторизирана система за плавна промяна на увеличението със съотношение между най-малко и най-голямо увеличение поне 1 към 5 ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
7.	Наличие на видео камера за наблюдение на операцията, стандарт най-малко SD и възможност за архивиране;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
8.	Филтри за двете работни места обезпечаващи защита на оператора и асистента при работа с лазерен фотокоагулатор /дължина на вълната 532 nm/ ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
9.	Светлинен източник – халогенен или LED. Наличие на резервен източник на светлина ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя

10.	Защитен филтър за редуциране на синята светлина ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
11.	Контрол за нулиране на X-Y-Z позиционираща система ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
12.	Управление на X-Y-Z позиционирането чрез командния педал ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
13.	Статив – на пода ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
14.	Електромагнитни спирачки за фиксиране на позицията на раменете и главата на микроскопа ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
15.	Команден педал – многофункционален, с възможност на груба и финна настройка на фокуса, промяна на увеличението, движение на главата на микроскопа в X-Y равнината, промяна на интензитета на осветлението, програмируем, водоустойчив ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
16.	Микроскопа да се достави с най-малко три комплекта стерилизуеми ръкохватки ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
17.	Бинокулярните тръби на двете работни места да са наклоняеми поне с 90° ;	Отговаря на изискванията на Възложителя	Отговаря на изискванията на Възложителя
	Раздел II. Изисквания, които се включват в методиката за оценка		
1.	Диапазон на моторизирано движение в X-Y равнината – не по-малко от 40 на 40 мм ;	5т. /50x50 мм./	10т. /61x61 мм./
2.	Диапазон на моторизирана финна фокусировка – не по-малко от 40 мм	5т. /54 мм./	10т. /70 мм. /
3.	Апохроматична оптика на оптичната система на асистента ;	10т.	10т.

4.	Възможност за независимо регулиране увеличението на асистента от това на главния оператор;	0т.	10т.
5.	Автоматично превключване към резервна лампа при дефектиране на основната такава.	10т.	10т.
	Общ брой точки, изчислени на база Методика за оценка:	30т.	50 т.